


S Laboklinom k diagnóze – vírus imunodeficiencie mačiek (FIV)



S Laboklinom k diagnóze – vírus imunodeficiencie mačiek (FIV)



Naše vyšetrenia súvisiace s FIV

FIV protilátky (ELISA)	V prípade nejasností sa odporúča test zopakovať po 2 – 4 týždňoch. Na potvrdenie pozitívnych výsledkov by sa mal vykonať test FIV blot.
FIV PCR	Kvalitatívna: detekcia provírusu Kvantitatívna: stanovenie provirus load
FIV blot	Používa sa na overenie nejasných alebo hraničných výsledkov alebo na potvrdenie pozitívnych výsledkov z predchádzajúcich testov. Táto detekcia protilátok sa uskutočňuje pomocou metódy line blot a je vysoko špecifická vďaka použitiu troch rôznych antigénov.
FIV Monitoring	ALT, GLDH, AP, močovina, kreatinín CD4/CD8 (vzorka < 48 hodín) FIV PCR (kvantitatívna) + veľký krvný obraz
Imunologický status	Veľký krvný obraz Stanovenie B buniek (CD21+), T buniek (CD3+, CD5+), pomocných T buniek (CD4+) a cytotoxických T buniek (CD8+)

Máte otázky? Radi vám pomôžeme!